

결장 세척 비즈니스



Colonic lavage business - Korean

결장 세척은 물을 사용하여 결장이나 대장을 세척하는 기술입니다. 결장 세척 비즈니스는 공중 보건 규정 2022에 따라 고객에게 화장실 시설을 제공해야 합니다.

본 팩트 시트 소개

결장 관개라고도 하는 결장 세척은 Public Health Regulation 2022 (공중 보건 규정 2022) (본 규정)에 따른 피부 침투 기술이므로 해당 비즈니스는 감염이 한 사람에서 다른 사람으로 확산되는 것을 방지하기 위해 감염 관리 업무를 실시해야 합니다.

결장 세척 기술은 오염된 장비와 표면을 통해 한 사람에게서 다른 사람으로 바이러스, 박테리아 및 곰팡이 감염을 퍼뜨릴 수 있습니다. 기술이 올바르게 수행되지 않으면 고객에게 기타 다른 부상을 초래할 수 있습니다. 부상에는 궤양이나 천공과 같은 결장 외상이 포함될 수 있습니다. 게실염, 크론 병 또는 치질과 같은 만성 장 질환을 악화시킬 수도 있습니다. 그리고 열 충격 또는 열탕 화상도 포함됩니다.

비즈니스는 본 규정에서 피부 침투 기술에 대한 규칙을 찾을 수 있습니다.

비즈니스 시공

- 비즈니스는 쉽고 올바르게 세척할 수 있도록 설계 및 시공되어야 합니다 ('피부 침투 관리 비즈니스 설계 및 시공'이라는 제목의 팩트 시트 참조). [시의회](#)에 연락하여 해당 지역 규정이 모두 충족되었는지 확인하십시오.
- 결장 기술 시스템은 시의회와 지역 상하수도 당국의 요건을 충족해야 합니다.
- 모든 화장실 또는 폐수 처리 장치는 하수구에 연결해야 합니다.
- 모든 결장 관개 시스템에는 인가된 배관공이 설치한 역류 방지 등록 장치가 있어야 하며 매년 테스트를 받아야 합니다.
- 물은 NSW 보건부 지침의 요건을 충족해야 합니다. 가능한 한 타운 수자원 공급을 이용해야 합니다.
- 여과/소독 시스템이 설치된 경우 제조업체의 사양에 따라 유지 관리를 해야 합니다.
- 기술에 사용되는 물은 열 충격과 열탕화상을 방지하기 위해 가능한 한 체온에 가깝도록 조절해야 합니다.

- 결장 시스템에 대한 제어 장치는 기술이 시작되면 고객이 설정을 변경할 수 없도록 위치해야 합니다.
- 펌프, 기타 압력 향상 장치 또는 흡입 시설은 탱크의 고객 쪽에 있지 않아야 합니다. 수온 조절 장치는 본관과 탱크에 설치해야 합니다.
- 폐쇄 및 개방 시스템을 위해 각 기술실에 화장실을 제공하는 것이 권장됩니다. 그러나:
 - 폐쇄 시스템의 경우 기술이 수행되는 방 가까이 고객용 화장실을 설치해야 합니다.
 - 개방형 시스템의 경우 고객이 사용할 수 있는 화장실은 기술실에 바로 인접해 있어야 합니다.

장비

- 결장 관개 장비는 의료 기기입니다. 호주 의료제품 등록부 (ARTG) 포함 번호 (목록 또는 등록)가 있어야 합니다.
- 모든 장비는 작동 가능한 양호한 상태여야 하며 사용 후에는 세척하고 말려야 하며 깨끗하고 건조한 상태로 유지해야 합니다.
- 피부에 침투하는 모든 물품은 사용하기 전에 멸균되어야 합니다.
- 멸균은 AS/NZS 4815:2006 *사무실 기반 의료 시설 - 재사용 의료 및 수술 기구 및 장비의 재처리 및 관련 환경 유지에 따라 증기 저압 벤치탑 오토클레이브 (가압 멸균 처리기)에서 수행해야 합니다* ('재사용 장비 및 기구의 세척 및 살균 방법'이라는 제목의 팩트 시트 참조).
- 세척 및 살균이 어려운 장비는 일회용이어야 합니다.
- 바늘을 피부 침투 기술에 사용하는 경우 멸균되고 일회용이어야 하며 사용 직후에는 날카로운 물건을 위한 적절한 용기에 폐기해야 합니다.
- 피부 침투 기술에 사용되지만 피부에 침투하지 않는 물품은 올바르게 세척하고 청결한 상태로 보관해야 합니다.
- 카테터와 검경은 멸균되어야 하며 일회용만 사용할 것을 권장합니다. 모든 장비는 의료 제품 등록부에 등재되어야 하며 ARTG 번호가 있어야 합니다.
- 재사용 튜브는 세척 및 멸균이 어렵습니다. 튜브에서 공기를 완전히 제거하는 것은 어려울 수 있으며 튜브에 공기가 남아 있으면 튜브가 효과적으로 멸균되지 않으므로 튜브는 일회용이어야 합니다.

비즈니스 위생

- 비즈니스는 청결한 상태로 유지되어야 합니다.
- 벤치와 같은 트리트먼트 영역은 각 고객을 응대할 때마다 세척하고/하거나 트리트먼트 표면 위에 깨끗한 덮개를 놓아야 합니다.
- 비즈니스는 비품, 부속품 및 장비에 대한 세척 및 유지 보수 절차를 문서화해야 하며 직원은 이 절차에 대한 교육을 받아야 합니다.
- 모든 폐기물은 단단히 포장하여 매일 처리해야 합니다.
- 멸균 포장은 트리트먼트를 시작하기 직전에 개봉해야 합니다.
- 피부에 침투하는 장비의 멸균 부분을 맨손으로 만져서는 안 됩니다. 멸균 장비를 취급해야 하는 경우 사전 포장된 멸균 알코올 면봉, 멸균 건식 면봉 또는 멸균 일회용 장갑을 사용해야 합니다.
- 교차 오염을 방지하기 위해 모든 액체 및 크림은 일회용 용기에 옮겨 붓고 이 시술을 받는 각 사람에게 새로운 일회용 어플리케이터를 사용해야 합니다 (중복 사용 금지).
- 시술 침대, 외부 결장 세척 시스템 및 욕실 딸린 시설을 위한 결장 세척 비즈니스에서는 대변 오염 위험이 높기 때문에 병원 등급의 소독제를 사용해야 합니다.

시술자를 위한 개인 위생

- 결장 세척 시술을 수행하는 사람은 깨끗한 불 침투성 가운 또는 앞치마와 일회용 장갑을 착용해야 합니다.
- 베임이나 상처는 밀봉된 방수 밴드로 덮어야 합니다.
- 다음과 같이 손을 씻어야 합니다.
 - 고객을 대하기 전과 후
 - 시술 전후
 - 신체 분비 물질에 노출된 후
 - 고객의 주변을 만진 후
 - 장갑 제거 후.
- 손 씻는 방법에 대한 추가 정보는 [호주의 손 위생을 참조하십시오](#).

기타 요건

- 비즈니스는 시의회에 등록되어야 하며 필요한 모든 계획 및 건축 기준을 충족해야 하며 개장 전에 필요한 모든 승인을 받아야 합니다.
- 임상/생물학적 위험 폐기물은 승인된 폐기물 계약업체가 처리해야 합니다. 자세한 내용은 시의회에 문의하십시오.
- 수온은 열 충격이나 열탕화상을 방지하기 위해 정상 체온과 동일한 수준으로 조정되어야 합니다. 물 공급의 온도는 34 내지 40°C여야 하며 40°C (정상 체온은 37.6°C)를 초과해서는 안 됩니다.
- 온도 조절 혼합 밸브를 사용하여 온수와 냉수를 혼합하는 경우 NSW 보건부의 승인을 받아야 하며 본 규정에 따라 설치 및 유지 관리를 해야 합니다.

수수료 및 벌금

비즈니스가 규정을 준수하지 않을 경우 추가 조치가 취해질 수도 있습니다. 여기에는 다음이 포함될 수도 있습니다.

- 개선 통지 또는 금지 명령에는 \$285에서 \$295 사이의 행정 수수료가 따릅니다.
- 개인의 경우 벌금 통지는 \$110에서 \$1100, 법인의 경우는 \$220에서 \$2200에 이릅니다. 최대 벌금은 기소를 위해 더 높게 책정되며 일일 벌금이 포함될 수도 있습니다.
- 금지 명령이 내려지면 비즈니스는 고객들이 잘 볼 수 있는 비즈니스 입구 또는 근처에 금지 표지를 비치해야 합니다.
- 금지 명령 재검사에는 시간당 \$255의 수수료가 부과되며 최소 부과 30분, 최대 부과 2시간입니다.

추가 조언

- [시의회](#)에 문의하십시오.
- 1300 066 055로 전화하여 [지역 보건소](#)에 연락하십시오.

추가 정보

다음 자료들을 통해서도 피부 침투 관리 비즈니스들과 전문가들이 *Public Health Act 2010* (공중 보건법 2010) 및 Public Health Regulation 2022 (공중 보건 규정 2022)의 요건들을 이해하는 데 도움이 됩니다. NSW Health 웹 사이트의 [피부 침투 관리 자료 페이지](#)를 방문하십시오.

팩트 시트

- 뷰티, 바디 아트 및 피부 침투 관리 산업
- 재사용 가능한 장비 및 도구의 세척 및 살균 방법
- 피부 침투 관리 비즈니스 설계 및 시공

포스터

- 재사용 장비 및 기구의 세척 및 살균

기타

- [Sydney Water](#)
- [The Plumbing Code of Australia](#)

표준

- [AS/NZS 4815:2006](#)